


Qualitätskontrollzertifikat / Quality Control Certificate

Produkt / Product:	Optitrol Chagas-1
Bestell-Nr. / Cat.-No.:	SR16025, SR16027
Lot / Lot:	DM24121, DM24120 (Box) DM24105 (Vial)
Verfalldatum / Expiry date:	2027-05
Konservierung / Preservative:	Natriumazid / Sodium azide, ProClin® 950
Anwendung / Application:	In-vitro-Diagnostikum / for in vitro diagnostic use
Lagerung / Storage:	2...8 °C
Humane virale Marker/ Human viral marker:	<p>Die Kontrollen enthalten aufbereitetes humanes Plasma oder Serum, das reaktiv auf Antikörper gegen anti-<i>Trypanosoma cruzi</i> IgG ist.</p> <p>Die verwendeten humanen Ausgangsmaterialien wiesen negative HBsAg, Anti-HIV 1+2 und Anti-HCV Befunde auf.</p> <p>The controls are prepared from processed human plasma or serum reactive for antibodies against <i>Trypanosoma cruzi</i> IgG.</p> <p>The used human source materials have been tested and found negative for HBsAg and HIV 1+2 and HCV antibodies.</p>
CE	<p>Das Produkt wird in Übereinstimmung mit der Richtlinie 98/79/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Oktober 1998 über In-vitro Diagnostika hergestellt und vertrieben.</p> <p>This product is manufactured and distributed in conformity with the Directive 98/79/EC of the European Parliament and of the Council of 27 October 1998 on in vitro diagnostic medical devices.</p>
Freigabe / Batch-Release:	<p>Das Lot wurde entsprechend der geltenden Vorschriften geprüft. Es erfüllt alle Spezifikationskriterien und wurde zum Verkauf freigegeben.</p> <p>The lot has been tested according to valid directions. It meets all required specification criteria and was released for sale.</p>

07.06.2024

Datum / Date



Qualitätskontrolle / Quality Control