

DiaMex

DiaMex GmbH
Siemensstrasse 38
69123 Heidelberg
Deutschland / Germany
Tel.: 0049-6221 4166 - 400
Fax: 0049-6221 4166 - 490
E-Mail: info@diamex.com

Qualitätskontrollzertifikat / Quality Control Certificate

Produkt / Product:	Optitrol NAT HIV Screening
Bestell-Nr. / Cat.-No.:	NT01031, NT01032
Lot / Lot:	DM23096, DM23095 (Box) DM23094 (Vial)
Verfalldatum / Expiry date:	2025-05
Anwendung / Application:	In-vitro-Diagnostikum / for in vitro diagnostic use
Lagerung / Storage:	≤ -20 °C
Humane virale Marker/ Human viral marker:	Die Kontrollen enthalten aufbereitetes humanes Serum, das reaktiv positiv auf HIV RNA ist. HIV-Ausgangsmaterialien wurden durch Gamma-Bestrahlung inaktiviert. The controls are prepared from processed human plasma or serum positive for HIV RNA. HIV stock materials were inactivated by gamma radiation.
CE0483	Das Produkt wird entsprechend der Grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 98/79/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Oktober 1998 über In-vitro Diagnostika hergestellt und vertrieben. The product is manufactured in accordance with the Essential Requirements of Directive 98/79/EC of the European Parliament and of the Council of 27 October 1998 on in vitro diagnostic medical devices.
Freigabe / Batch-Release:	Das Lot wurde entsprechend der geltenden Vorschriften geprüft. Es erfüllt alle Spezifikationskriterien und wurde zum Verkauf freigegeben. The lot has been tested according to valid directions. It meets all required specification criteria and was released for sale.

05.06.2023

Datum / Date



Qualitätskontrolle / Quality Control