

Qualitätskontrollzertifikat / Quality Control Certificate

Produkt / Product:	Optitrol ToRCH G
Bestell-Nr. / Cat.-No.:	SR13049
Lot / Lot:	DM20105 (DM20078)
Verfalldatum / Expiry date:	2022-04
Konservierung / Preservative:	Natriumazid, ProClin® 950
Anwendung / Application:	In-vitro-Diagnostikum / for in vitro diagnostic use
Lagerung / Storage:	2...8 °C
Humane virale Marker/ Human viral marker:	<p>Humane Ausgangsmaterialien, die zur Herstellung des Lots DM20077 verwendet wurden, wiesen negative HBsAg, Anti-HIV 1+2 und Anti-HCV Befunde auf.</p> <p>Human source material used to produce the lot DM20077 has been tested and found negative for HBsAg and HIV 1+2 and HCV antibodies.</p>
CE 0483	<p>Das Produkt wird in Übereinstimmung mit der Richtlinie 98/79/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Oktober 1998 über In-vitro Diagnostika hergestellt und vertrieben.</p> <p>This product is manufactured and distributed in conformity with the Directive 98/79/EC of the European Parliament and of the Council of 27 October 1998 on in vitro diagnostic medical devices.</p>
Freigabe / Batch-Release:	<p>Das Lot wurde entsprechend der geltenden Vorschriften geprüft. Es erfüllt alle Spezifikationskriterien und wurde zum Verkauf freigegeben.</p> <p>The lot has been tested according to valid directions. It meets all required specification criteria and was released for sale.</p>

24.04.2020

Datum / Date



Qualitätskontrolle / Quality Control